










サンプル滴下用 ガイド



本商品は、建材製品中のアスベスト含有率測定方法における、顕微鏡による定性分析方法の標本作製時にスライドグラスにサンプルを滴下する際、スライドグラス上に載せて本商品のガイド内に滴下することで、スライドグラスのほぼ中心に滴下でき、液が広範囲に広がることも防ぐことができます。

そして、 $100 \pm 10^{\circ}\text{C}$ に設定したホットプレート上で乾燥し、乾燥後、本商品をはずします。



！サンプル滴下用ガイド 価格：お問合せ下さい（30枚入り）！

※性能及び外観、価格等予告なく変更することがあります。※本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。

株式会社 ウェスト

〒243-0211

神奈川県厚木市三田2-10-10

TEL:046-241-4642 FAX:046-241-5612

E-mail: wesst@fanda-wesst.com

URL: <https://www.fanda-wesst.com/wesst/>